



Zestawy pipet Acura® manual 826 TwiXS



Zestawy Acura® manual 826 TwiXS, szwajcarskiej firmy Socorex, dostępne są w sześciu różnych pakietach. Każdy z pakietów zawiera **dwie pipety** o regulowanej pojemności (maks. do 1000 µl). Zestawy te oprócz dwóch pipet dodatkowo zawierają uchwyt na półkę, na 2 pipety automatyczne, próbki końcówek Qualitips®, smar silikonowy, certyfikaty kontroli jakości i instrukcje obsługi. Są to modele idealnie dopasowujące się do dłoni, perfekcyjnie wyważone. Zapewniają wysoki komfort w pracy dzięki ergonomicznej konstrukcji uchwytu. Mała siła pipetowania i wyrzutu końcówek redukuje ryzyko zwrydnień rąk powodowanych pipetowaniem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Model	Nr producenta
	N-0612	Zestaw pipet Acura®TwiXS 826	E	826.TWX.E
	N-0613	Zestaw pipet Acura®TwiXS 826	G	826.TWX.G
	N-0614	Zestaw pipet Acura®TwiXS 826	H	826.TWX.H
	N-0615	Zestaw pipet Acura®TwiXS 826	K	826.TWX.K
	N-0616	Zestaw pipet Acura®TwiXS 826	N	826.TWX.N
	N-0617	Zestaw pipet Acura®TwiXS 826	Q	826.TWX.Q

Opis

Zestawy Acura® manual 826 TwiXS dostępne w 6 pakietach. Są to modele idealnie dopasowujące się do dłoni, perfekcyjnie wyważone, **lekkie, wyposażone w krótszy trzon**. Zapewniają wysoki komfort w pracy dzięki ergonomicznej konstrukcji uchwytu. Wyposażone w mechanizm chroniący przed przypadkową zmianą ustawionej pojemności **Swift-set**. Posiadają duży, czytelny wskaźnik pojemności. Łatwe w demontażu, co znacznie ułatwia czyszczenie. Autoklawowalne w całości w temperaturze 121°C. Wyposażone w system dopasowywania końcówek **Justip™** umożliwiający dokładną regulację wysokości trzonka pipety. Dodatkowo wyposażone są w kolorowe nasadki, identyfikujące indywidualne pipety, ich przynależność do danego działu lub laboratorium.

Każdy zestaw zawiera: **dwie pipety o regulowanej pojemności**, uchwyt na półkę na 2 pipety automatyczne, próbki końcówek Qualitips®, smar silikonowy, certyfikaty kontroli jakości i instrukcje obsługi.

Nr-Art.	Wersja	Zawartość
N-0612	826.TWX.E	- 2 x pipeta jednokanałowa (0,1-2 µl / 2-20 µl) - próbki końcówek Qualitips® - smar silikonowy - certyfikaty kontroli jakości i instrukcję obsługi
N-0613	826.TWX.G	- 2 x pipeta jednokanałowa (0,5-10 µl / 10-100 µl) - próbki końcówek Qualitips® - smar silikonowy - certyfikaty kontroli jakości i instrukcję obsługi
N-0614	826.TWX.H	- 2 x pipeta jednokanałowa (2-20 µl / 20-200 µl) - próbki końcówek Qualitips® - smar silikonowy - certyfikaty kontroli jakości i instrukcję obsługi
N-0615	826.TWX.K	- 2 x pipeta jednokanałowa (5-50 µl / 20-200 µl) - próbki końcówek Qualitips® - smar silikonowy - certyfikaty kontroli jakości i instrukcję obsługi
N-0616	826.TWX.N	- 2 x pipeta jednokanałowa (10-100 µl / 100-1000 µl) - próbki końcówek Qualitips® - smar silikonowy - certyfikaty kontroli jakości i instrukcję obsługi
N-0617	826.TWX.Q	- 2 x pipeta jednokanałowa (20-200 µl / 100-1000 µl) - próbki końcówek Qualitips® - smar silikonowy - certyfikaty kontroli jakości i instrukcję obsługi