



Paski testowe do autoklawu Prestige Medical

Paski testowe do kontroli procesu sterylizacji parowej w autoklawie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Temperatura sterylizacji	Rodzaj sterylizacji	Szt./Op.
	B-6341	Paski kontroli sterylizacji	121°C/134°C	para wodna	50 szt.
	B-6342	Paski kontroli sterylizacji	126°C	para wodna	50 szt.

Opis

Paski wskaźnikowe do kontroli procesu sterylizacji parowej w autoklawie. Przeznaczone do autoklawów firmy Prestige Medical.

Paski B-6341 umożliwiają kontrolę procesu sterylizacji w dwóch temperaturach:

- w temp. 121°C – 15 min,
- w temp. 134°C – 3,5 min.

Natomiast paski B-6342 przeznaczone są do kontrolowania sterylizacji w jednej temperaturze:

- w temp. 126°C – 10 min.

Opakowanie zawiera 50 szt. pasków.