



Końcówki do pipet Qualitix[®] Gel Loading



Końcówki kapilarne Qualitix[®] są idealne **do nanoszenia próbek na żełe poliakrylamidowe**. Nie powodują uszkodzenia żelu. Posiadają długie, cienkie, **miękkie i elastyczne końce**. Wykonane z czystego niezawierającego metalu polipropylenu. Dostępne w niesterylnych statywach. Można je sterylizować w autoklawie. Produkowane w Szwajcarii.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Kolor	Długość	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	N-0861	Końcówki do pipet Qualitix [®] Gel Loading	kapilarne	0,1-10 µl	bezbarwne	71 mm	niesterylne	302.0010GR	4 x 204 szt.
	N-0862	Końcówki do pipet Qualitix [®] Gel Loading	kapilarne	0,1-200 µl	bezbarwne	82,5 mm	niesterylne	3080.0200GR	6 x 96 szt.

Opis

Końcówki kapilarne do pipet Qualitix[®] Gel Loading. Mają długi, cienki i miękki koniec do precyzyjnego rozprowadzenia płynu w ograniczonej przestrzeni, **bez uszkodzania struktury żelu**. Wykonane z najczystszego polipropylenu **niezawierającego metali i niecytotoksycznego** eliminującego ewentualne zakłócenia podczas pipetowania. Dostępne w niesterylnych statywach. Zarówno statywy jak i końcówki **można sterylizować w autoklawie**.