



Końcówki Eppendorf - epT.I.P.S. Reloads PCR Clean

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Końcówki optymalnie dopasowane do pipet Eppendorf. Zapewniają doskonałą szczelność, a dzięki temu precyzyjne osadzenie na stożku pipety. Mogą być stosowane także w połączeniu z pipetami innych znanych producentów. System wielokrotnego napełniania składa się z praktycznych stelaży epT.I.P.S. Reloads, zawierających końcówki do pipet przygotowane do bezpośredniego przeniesienia do pudełka epT.I.P.S. Box.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Długość	Kod barwny	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	K-5620	Końcówki epT.I.P.S.® Reloads	0,1-10 µl	34 mm	ciemny szary	PCR Clean	0030 073.754	10x96 szt.
	K-5621	Końcówki epT.I.P.S.® Reloads	0,1-20 µl	40 mm	szary	PCR Clean	0030 073.770	10x96 szt.
	K-5622	Końcówki epT.I.P.S.® Reloads	0,5-20 µl	46 mm	jasny szary	PCR Clean	0030 073.797	10x96 szt.
	K-5623	Końcówki epT.I.P.S.® Reloads	2-200 µl	53 mm	żółty	PCR Clean	0030 073.819	10x96 szt.
	K-5624	Końcówki epT.I.P.S.® Reloads	20-300 µl	55 mm	pomarańczowy	PCR Clean	0030 073.835	10x96 szt.
	K-5625	Końcówki epT.I.P.S.® Reloads	50-1000 µl	71 mm	niebieski	PCR Clean	0030 073.851	10x96 szt.
	K-5626	Końcówki epT.I.P.S.® Reloads	50-1250 µl	76 mm	zielony	PCR Clean	0030 073.878	10x96 szt.
	K-5627	Końcówki epT.I.P.S.® Reloads	50-1250 µl	103 mm	ciemny zielony	PCR Clean	0030 073.649	10x96 szt.
	K-5628	Końcówki epT.I.P.S.® Reloads	250-2500 µl	115 mm	czerwony	PCR Clean	0030 073.894	10x48 szt.

Opis

Końcówki optymalnie dopasowane do pipet Eppendorf. Zapewniają doskonałą szczelność, a dzięki temu precyzyjne osadzenie na stożku pipety. Mogą być stosowane także w połączeniu z pipetami innych znanych producentów. System wielokrotnego napełniania składa się z praktycznych stelaży epT.I.P.S. Reloads, zawierających końcówki do pipet przygotowane do bezpośredniego przeniesienia do pudełka epT.I.P.S. Box. Plastikowe pokrywki chronią stelaże przed bezpośrednim dotykiem podczas przenoszenia do pudełka roboczego, wykluczając tym samym niebezpieczeństwo kontaminacji. Wszystkie końcówki do pipet Eppendorf w połączeniu z pipetami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655. System do ponownego napełniania pozwala na oszczędność miejsca, a dzięki zmniejszeniu ilości odpadków w porównaniu z pojemnikami jednorazowego użytku jest przyjazny dla środowiska. Końcówki oraz pipety Eppendorf są oznaczone kodem barwnym.

Pozwala on na szybkie i intuicyjne dobranie końcówek kompatybilnych z pipetą o wybranym zakresie pojemności.

Stopień czystości PCR Clean – końcówki są wolne od DNaz, RNaz oraz ludzkiego DNA i inhibitorów PCR. Polecane szczególnie do izolacji kwasów nukleinowych, jak również do analizy wrażliwych próbek kwasów nukleinowych (PCR, qPCR, mikromacierze).

Uwaga: zestaw stelaży nie zawiera pudełka epT.I.P.S. Box - należy zamawiać je osobno.