



Marker z tuszem wskaźnikowym do kontroli sterylizacji

Marker do pisania po taśmach, foliach, etykietach i innych powierzchniach przedmiotów przeznaczonych do sterylizacji. Tusz spełnia wymogi normy EN ISO 11140-1 dla wskaźników klasy 1.
 Zmienia kolor podczas procesu sterylizacji.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rodzaj sterylizacji	Zmiana barwy
	P-1045	Marker z tuszem wskaźnikowym do kontroli sterylizacji	para wodna	szarozielony - fioletowy
	P-1046	Marker z tuszem wskaźnikowym do kontroli sterylizacji	tlenek etylenu	czerwonofioletowy - zielony
	P-1047	Marker z tuszem wskaźnikowym do kontroli sterylizacji	formaldehyd	bordowy - zielony
	P-1048	Marker z tuszem wskaźnikowym do kontroli sterylizacji	suche gorące powietrze	fioletowy - brązowy
	P-1049	Marker z tuszem wskaźnikowym do kontroli sterylizacji	plazma (nadtlenek wodoru)	różowy na żółty

Opis

Marker do pisania po taśmach, foliach, etykietach i innych powierzchniach przedmiotów przeznaczonych do sterylizacji. Tusz spełnia wymogi normy EN ISO 11140-1 dla wskaźników klasy 1.

Zmienia kolor podczas procesu sterylizacji.

Należy go przechowywać w suchym, zaciemnionym miejscu, w temperaturze 15-35°C, przy wilgotności względnej 35-60%.